



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**М Е Т А Л Л Ы**

МАСШТАБЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ФОТОСНИМКАХ  
ПРИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ

**ГОСТ 25536-82  
(СТ СЭВ 2838-81)**

Издание официальное

300-95  
10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством черной металлургии СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Б. А. Клыгин, В. Д. Хромов**

**ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР**

**Зам. министра А. Ф. Борисов**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 декабря 1982 г.**

**№ 4782**

**МЕТАЛЛЫ**

**Масштабы изображений на фотоснимках при металлографических методах исследования**

Metals Scales of images on photographs  
at metallographic examination

**ГОСТ****25536—82****[СТ СЭВ 2838—81]**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 декабря 1982 г. № 4782 срок действия установлен

с 01.01.84до 01.01.89

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт устанавливает масштабы изображения фотоснимков, изготовленных при металлографических методах исследования.

Настоящий стандарт не распространяется на фотоснимки структур, полученных при помощи электронных микроскопов и других методов исследования тонкой структуры.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2838—81.

2. Масштаб изображения — соотношение линейных размеров изображенного участка к действительному обозначают: при уменьшении  $1:N$ , при увеличении  $N:1$ , где  $N$  — кратность уменьшения или увеличения.

3. Масштаб изображения снимка с фотопленки размерами кадров  $24 \times 36$  мм обозначают добавлением буквы «К». Например: К200:1.

4. Допускается обозначение масштаба изображения знаком « $\times$ ». Например:  $\times 500$  или  $500 \times$ .

5. Масштабы изображения приведены в таблице.

Характеристика изображения	Масштабы изображения	
	предпочтительные	допускаемые
Действительный размер	1:1	—
Уменьшение	1:2 1:5 1:10	—
Увеличение	2:1 5:1 10:1 50:1 75:1 100:1 200:1 500:1 1000:1	20:1 80:1 150:1 300:1 400:1 600:1 630:1 800:1 1500:1 2000:1

6. При репродукции позитивов изменение масштаба изображения не допускается.

7. Определение масштаба изображения расчетным способом по значениям увеличения объектива и окуляра не допускается.

8. Масштаб изображения указывают в правом нижнем углу фотоснимка.

9. Номер негатива ставится в нижнем левом углу фотоснимка.

10. Обозначение шлифа, способ травления, описание структуры и другие данные помещают в надписи под фотоснимком.

---

Редактор И. В. Виноградская  
 Технический редактор Л. Я. Митрофанова  
 Корректор Г. М. Фролова

Сдано в наб. 22.12.82 Подп. в печ. 25.02.83 0,25 п. л. 0,13 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.  
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 95